

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР

## Алкотест 203

### Технические характеристики

Диапазон измерений концентрации алкоголя в крови, промилле(‰)	0.2-3.00
Диапазон регистрируемых концентраций в выдыхаемом воздухе, мг/куб.м	90 до 1350
Кэффициент пересчета выдыхаемый воздух/алкоголь в крови	45 мг/куб.м = 0.1‰
Дискретность индикации в диапазоне	0.00- 1.99 (‰) 0,01
Дискретность индикации в диапазоне	2.0 - 3.0 (‰) 0,1
Приведенная погрешность измерений в диапазоне от 0.2 до 0.5‰,(‰)	не более ±15
Относительная погрешность измерений в диапазоне от 0.5 до 3.0 ‰,(‰)	не более ±15
Время готовности прибора к измерениям после подачи питания, мин	не более 15
Диапазон рабочих температур	°С от минус 5 до плюс 35
Внешний источник постоянного тока напряжением	8-16
Аккумуляторная батарея	напряжением 8-9 В (типа «КРОНА»)
Сетевой адаптер	220 В
Потребляемая мощность прибора, В-А	не более 1,5
Габаритные размеры, мм	не более 220x85x40
Масса прибора, кг	не более 0,5



### Комплектация Алкотест 203

Наименование	Кол-во
1. Алкотестер Алкотест 203	Один
2. Блок питания 12В	Один
3. Штекер прикуривателя автомобиля	Один
4. Мундштук	Сто
5. Обратный клапан	Пять
6. Транспортный кейс	Один
7. Инструкция по эксплуатации	Один
8. Свидетельство УкрЦСМ	Один
9. Гарантийный талон	Один



Алкометр устойчив к климатическим воздействиям, соответствует исполнению УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 (рабочий диапазон температур от минус 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 25 °С). Прибор восприимчив к прямому воздействию осадков и солнечных лучей, загазованности окружающей среды.



**Производство**  
**Республика**  
**Беларусь**

#### КОНТАКТЫ:

- <http://alcotester.in.ua>
- г. Запорожье, ул. Яценко 6, к. 45
- +38 (061) 233-01-09
- +38 (095) 444-41-35
- +38 (096) 691-05-55

